



**MOVI Spa** Divisione

Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
Infowimed1@movigroup.com  
[www.wimed.it](http://www.wimed.it)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale €. 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Letto articolato ad una manovella - Cetra Letto articolato a due manovelle – Liuto

**Fabbricante**

Movi S.p.A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



**Trasformabile in legno**



**Destinazione d'uso** Il letto da degenza a una manovella o a due manovelle è un dispositivo medico che può essere utilizzato da tutti i pazienti lungodegenti.

**Descrizione** Caratterizzato da una struttura portante in acciaio con rete ortopedica e schienale reclinabile. Un attuatore meccanico manuale ne consente la movimentazione.  
Le testate tubolari sono in acciaio con pannelli in acciaio dello stesso colore del letto.

## Caratteristiche Tecniche

### Dimensioni e peso

Lunghezza Rete	196 cm
Lunghezza Max	202 cm
Larghezza	87 cm
Altezza della rete da terra	52 cm
Peso letto ad una manovella	34 Kg
Peso letto ad due manovelle	42 kg
Angolo elevazione parte testa	80°
colore	Grigio
Carico massimo di sicuro utilizzo	120 Kg

## Caratteristiche Speciali

### Regolazione elettrica

Altezza superficie di degenza	Da 30 a 70 cm
Schienale	Da 0° a 75°
Appoggia gambe	Da 0° a 30°
Inclinazione elettrica superficie di degenza	Fino a abbassamento piedi o testa di 12°
Letto scorrevole su 4 rotelle, tutte bloccabili singolarmente	

## Materiali

Testate tubolari	Acciaio
Pannelli	Acciaio
Testate / Sponde laterali / Elementi molleggiati	Legno o materiali simili

## Gamma prodotti

Descrizione	Codice
Letto articolato a 1 movimento – Cetra	15000091
Letto articolato a 2 movimenti – Liuto	15000094

## Accessori

### Descrizione

Alza malati con attacco per letti 1 o 2 movimenti 090/6

Alza malati con base da terra

### Codice

15009700

### Conformità alla direttiva 93/42/CEE

Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC.

### Classe di appartenenza

I

### Codice ISO

**Liuto: 18.12.07.006**

**Cetra: 18.12.07.003**

**Indicazioni sulla manutenzione** ♦ Vedasi il manuale d'uso

**Pulizia** Vedasi manuale d'uso

**Confezionamento** Il dispositivo viene fornito parzialmente smontato per motivi di imballaggio e di trasporto.

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 14-01-2011